

YWCX025-01-2021



171520340097



HJ/T (2022) 0114001

检测报告

报告编号: HJ/T (2022) 0114001

项目名称: 污染源现状检测

委托单位: 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

山东宜维检测有限公司

二〇二二年一月二十一日

山东宜维检测有限公司

检测 报 告

共 6 页 第 1 页

委托单位	山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司			检测类别	委托检测
委托单位地址	枣庄经济开发区谷山路 18-1 号			样品类别	无组织废气、有组织废气 噪声
受检单位	山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司			采样日期	2022. 1. 14
受检单位地址	枣庄经济开发区谷山路 18-1 号			采样人员	徐春、董兴灏、魏振祥
样品数量	废气：53 份			检测日期	2022. 1. 14-1. 19
样品状态描述	无组织废气：气态；有组织废气：气态；噪声：/				
无组织废气					
采样依据	HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》				
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
非甲烷总烃 (以碳计)	HJ 604-2017 气相色谱法	马静	GC-7800 气相色谱仪	A1611SP045	0.07mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993 三点比较式臭袋法	颜敏、李蒙 张腾、马静 刘欣迪、李莉	/	/	/
VOCs	HJ 644-2013 气相色谱-质谱法	李蒙	ISQ-QD 气质联用仪	A1611SP034	0.3-1.0 ug/m ³
VOCs (非甲烷总烃)	HJ 604-2017 气相色谱法	马静	GC-7800 气相色谱仪	A1611SP045	0.07mg/m ³
有组织废气					
采样依据	HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》				
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017 气相色谱法	马静	GC-7800 气相色谱仪	A1611SP045	0.07mg/m ³
/	/	/	/	/	/

山东宜维检测有限公司

检测 报 告

共 6 页 第 2 页

噪 声					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声 排放标准	董兴灏 魏振祥	AWA6228+多功能声级计	A1611HJ048	/
/	/	/	/	/	/
检测结论	检测结果见表 1-表 4，仅提供检测数据，不作结论。 （加盖检验检测报告专用章） 签发日期：2022 年 1 月 21 日				
备注	企业夜间不生产。				

编制：宋奇

日期：2022.1.21

审核：[Signature]

日期：2022.1.21

签发：[Signature]

日期：2022.1.21


山东宜维检测有限公司

检测 报 告

表 1 无组织废气采样现场气象条件 共 6 页 第 3 页

采样日期	采样时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气状况
2022. 1. 14	13:13	2. 3	101. 5	E	2. 1	晴
	14:10	2. 5	101. 5	E	2. 4	晴
	14:40	2. 3	101. 4	E	2. 3	晴

无组织废气测点示意图




山东宜维检测有限公司

检测 报 告

表 4厂界噪声检测结果共 6 页 第 6 页

环境条件		检测日期	2022. 1. 14	
			昼	夜
		天气状况	多云	晴
		风速 (m/s)	2.7	1.9
测点编号	测点位置	检测项目	检测结果 dB (A)	
1#	南厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	53	46
2#	东厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	51	46
3#	北厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	53	45
4#	西厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	58	45

厂界噪声测点示意图



YWCX025-01-2021



171520340097



HJW (2022) 0114012

检测报告

报告编号: HJW (2022) 0114012

项目名称: 废水

委托单位: 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

山东宜维检测有限公司

二〇二二年一月二十四日

山东宜维检测有限公司

检测 报 告

共 3 页 第 1 页


委托单位	山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司		检测类别	委托检测	
委托单位地址	枣庄经济开发区谷山路 18-1 号		样品类别	废水	
受检单位	/		送样日期	2022. 1. 14、1. 17	
受检单位地址	/		送样人员	王丹	
样品数量	49 份		检测日期	2022. 1. 14-1. 20	
样品状态描述	无色、气味微弱、透明				
废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
pH	HJ 1147-2020 电极法	宋秀兰	PHS-3G 酸度计	A1611SP028	/
色度	HJ 1182-2021 稀释倍数法	黄晓涵	/	/	2 倍
总铜	HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法	李蒙	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	A1611SP031	0. 08ug/L
总锌	HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法	李蒙	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	A1611SP031	0. 67ug/L
二氯甲烷	HJ 639-2012 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法	刘欣迪	ISQ-QD 气质联用仪	A1611SP034	1. 0ug/L
化学需氧量	HJ 828-2017 重铬酸盐法	黄晓涵	滴定管	1801	4mg/L
五日生化 需氧量	HJ 505-2009 稀释与接种法	黄晓涵	BSC-150 恒温恒湿培养箱	A1611SP016	0. 5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	李莉	BSA224S 分析天平	A1611SP023	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法	李莉	721 型可见分光光度计	A1611HJ141	0. 025mg/L
总磷	GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法	李莉	721 型可见分光光度计	A1611HJ141	0. 01mg/L
硫化物	GB/T 16489-1996 亚甲基蓝分光光度法	邓贞凤	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0. 005mg/L

山东宜维检测有限公司


检测 报 告

共 3 页 第 2 页

废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
总氮	HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	李莉	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.05mg/L
苯胺类	GB/T 11889-1989 N-(1-萘基) 乙二胺偶氮 分光光度法	黄晓涵	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.03mg/L
硝基苯类	HJ 592-2010 气相色谱法	刘欣迪	Trace1310 气相色谱仪	A1611SP035	0.002- 0.003mg/L
挥发酚	HJ 503-2009 4-氨基安替比林直接 分光光度法	邓贞凤	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.01mg/L
总氰化物	HJ 484-2009 异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法	黄晓涵	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.004mg/L
*总有机碳	HJ 501-2009 燃烧氧化-非分散 红外吸收法	/	TOC-2000 总有机碳分析仪	XZJC47	0.1mg/L
*急性毒性	GB/T 15441-1995 发光细菌法	/	BHP9515 便携式水质 毒性快速检测系统	JSXC-182	/
检测结论	检测结果见表 1，仅提供检测数据，不作结论。  (加盖检验检测报告专用章) 签发日期: 2022 年 1 月 24 日				
备注	本检测结果仅对所送样品负责。 检测结果中“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。 *为分包项目，本公司无相应资质认定许可技术能力。总有机碳分包单位为山东信泽环境检测有限公司，资质认定证书编号为：161512050346，分包数据源自报告编号：XZ2022010347 的报告。急性毒性分包单位为江苏新测检测科技有限公司，资质认定证书编号为：161012050448，分包数据源自编号为（2022）新测（水）字第（043）号的报告。				

编制: 
日期: 2022.1.24

审核: 
日期: 2022.1.24

签发: 
日期: 2022.1.24

山东宜维检测有限公司

检测报告

表 1 废水检测结果 共 3 页 第 3 页

送样日期	点位名称	检测项目	结果单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	第四次
2022. 1. 14	废水排放口	pH	无量纲	7.1 (15.3℃)	7.1 (15.0℃)	7.1 (15.2℃)	7.1 (15.3℃)
		色度	倍	2 (pH: 7.1; 无色、透明)	2 (pH: 7.1; 无色、透明)	2 (pH: 7.1; 无色、透明)	2 (pH: 7.1; 无色、透明)
		总铜	ug/L	2.22	2.14	1.77	1.60
		总锌	ug/L	20.3	30.3	29.3	27.0
		二氯甲烷	ug/L	ND	ND	ND	ND
		化学需氧量	mg/L	17	19	16	17
		五日生化需氧量	mg/L	3.5	3.9	3.2	3.7
		悬浮物	mg/L	17	21	14	22
		氨氮	mg/L	1.58	1.14	1.96	2.11
		总磷	mg/L	0.20	0.17	0.21	0.15
		总氮	mg/L	10.4	9.76	11.2	10.1
		硫化物	mg/L	0.018	0.021	0.023	0.018
		苯胺类	mg/L	ND	ND	ND	ND
		硝基苯类	mg/L	ND	ND	ND	ND
		挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND
		总氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
		*总有机碳	mg/L	6.6	6.8	6.0	6.4
2022. 1. 17		*急性毒性	mg/L	0.04			
/	/	/	/	/	/	/	/

报告结束